

Lublin, 29. 10. 2020

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/073/2020 - 465

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 214 000 EURO pn.:
Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) - informuje, że w dn. 27 - 28.10.2020 r. wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

Zapytanie 1:

Dot. Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, punkt 1 i 2.

Czy Zamawiający dopuści wirówkę laboratoryjną o prędkości obrotowej 15 000 rpm (krok co 1 rpm) oraz względnej sile odśrodkowej 24 400 x g? Wymóg dostawy rotora kąтового o prędkości 10 000 rpm będzie spełniony.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza wirówki o prędkości obrotowej 15 000 rpm oraz względnej sile odśrodkowej 24 400 x g.

Zapytanie 2:

Dot. Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, punkt 6.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 98 programami użytkownika?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza wirówkę z 98 programami użytkownika.

Zapytanie 3:

Dot. Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, punkt 9

Czy Zamawiający dopuści wirówkę bez złącza USB?

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza wirówkę bez złącza USB.

Zapytanie 4:


Dot. zadania 1: Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z 60 programami użytkownika? Pozostałe parametry byłyby oczywiście zachowane.

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie dopuszcza wirówki z 60 programami użytkownika.

Podpisano,

z upoważnienia Rektora KUL

mgr. Maria Górnarska
Z-ca Dyrektora administracyjnego